

Dokumentbrugere:	Dokument ID:	Forfatter:	Udgivelsesdato:
SHS Bio/Im	1042959	Anne Lindegaard Christiansen	02.12.2025
Læseadgang:	Niveau:	Dokumentansvarlig:	Version:
Alle	Instruks	SHS/Bio/Im AL	1.1
			Godkendt af:
			Thor Aage Skovsted

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.

Cykl.citrul.peptid-IgG [CCP];P

	Cykl.citrul.peptid-IgG [CCP];P	
LabTerms kort helterm, (enhed)	P—Cyklisk citrullineret peptid-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.), (10 ³ U/L)	
NPU kode / kvantitet	RSD03277 (svarende til NPU19947) / 000483	
Forkortelse og synonymer	CCPshs, CCP, Anti-CCP	
Instruktion for rekvirent	Ingen særlige hensyn	
Prøvemateriale	Prøverør	GUL/GEL 3,5
	Minimumsvolumen	200 µL serum (ImmunoCap)
	Transportordning (Praksis)	JA
	Holdbarhed inden centrifugering	10 timer ved 21 °C
	Holdbarhed efter centrifugering (gelrør/afpipetteret) ved	21°C 8 timer ¹
		4°C 2 uger ¹
		-20°C 3 måneder
	Postforsendelse	Kan sendes i henhold til holdbarhed
Svarafgivelse	Udføres alle hverdage	
Efterbestilling	Efterbestilling, se holdbarhed	
Referenceinterval	<10 x 10 ³ U/L ¹	
Klinisk information	Forhøjet resultat indikerer med stor sandsynlighed, at patienten har reumatoid artrit². Tolkning¹: Resultat < 7 x 10³ U/L er negativt Resultat mellem 7-10 x 10³ U/L er i gråzonen og Resultat > 10 x 10³ U/L er positivt.	
Variation på analyseresultater	Mål for CV% ≤ 9 % Intern kontrol i rutinedrift: Niveau ~ 45 x 10³ U/L, CV% 8%	
Biologisk variation	-	
Referencer	1. Kit insert. CCP, Phadia 250. Brugsanvisning 250-5515-024 2. Anti-CCP. Sundhed.dk (tilgået 27/11-2025)	

 Version	Godkendt	Revisionsinformation
1.1	27.11.2025	tilføjet tolkning under klinisk information
1	06.10.2025	Nyoprettet