

Til: Almen praksis i Sygehus Sønderjyllands optageområde

Vedr.: Tilbagekaldelse af korte urinstrå

Efter flere henvendelser vedrørende dårlig opsugningsevne med de korte urinstrå har vi i laboratoriet testet disse nærmere.

På baggrund af vores test kan vi konkludere, at de korte urinstrå desværre ikke fungerer optimalt. Vi vil derfor bede jer om at returnere alle de korte urinstrå, I måtte have liggende i praksis. Vi har på nuværende tidspunkt ikke andre alternativer, og I bedes derfor anvende de lange urinstrå til opsugning af urin.

Vi beklager de gener og den ulejlighed dette måtte medføre, og takker for jeres forståelse og samarbejde.

Kontakt laboratoriet, hvis der er spørgsmål.

Med venlig hilsen

Katre K. Christiansen
Bioanalytiker, IT-systemadministrator og
Laboratoriekonsulent, BBI
Sygehus Sønderjylland
Tlf.nr.: 23666807

Rania Kerdi
Bioanalytiker, IT-systemadministrator og
Laboratoriekonsulent, BBI
Sygehus Sønderjylland
Tlf.nr.: 20499347

Lise Bjørklund
Bioanalytiker, UTH-ansvarlig og
Laboratoriekonsulent, BBI
Sygehus Sønderjylland
Tlf.nr.: 29316140